

**СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ МСИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ И
ВОДОПОГЛОЩЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
МСИ 265-ПлСМ**

Предполагаемые участники МСИ: испытательные лаборатории, осуществляющие анализ физико-химических свойств щебня из плотных горных пород.

Алгоритм предоставления образца: последовательная рассылка.

Образец для проведения МСИ: пористый огнеупорный материал кубической формы с ребром от 40 до 70 мм (5 шт.).

Определяемые показатели и ожидаемые диапазоны значений: средняя плотность (не более 50%), водопоглощение

Доставка участникам образцов для проведения МСИ и сопроводительной документации осуществляется почтой России.

Статистическая обработка полученных результатов в соответствии с ГОСТ Р ИСО 13528.

Оценивание характеристик функционирования лабораторий по ГОСТ Р ИСО 13528, п. 7.4.