

СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ МСИ ПО КАЛИБРОВКЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА СИЛЫ МСИ 231-ИКМ

Предполагаемые участники МСИ: испытательные и калибровочные лаборатории, занимающиеся поверкой и калибровкой СИ крутящего момента силы.

Образец для проведения МСИ: измеритель крутящего момента силы Е-ТР 8624-10.

При проведении раунда МСИ используется один и тот же образец, который последовательно передается от участника к участнику. К образцу прилагается инструкция по применению.

Определяемый показатель: «погрешность».

Ожидаемое значение указано в инструкции по применению, прилагаемой к образцу для проведения МСИ.

Доставка участникам образцов для проведения МСИ и сопроводительной документации: передачу образца для МСИ осуществляет провайдер посредством услуг транспортной компании СПСР («Гепард-экспресс»), или иными, гарантирующими сохранность содержимого упаковки и минимальные сроки доставки.

Статистическая обработка полученных результатов в соответствии с ГОСТ Р 8.796.

Оценивание характеристик функционирования лабораторий по ГОСТ Р ИСО 13528, раздел 7