

## ОПИСАНИЕ СХЕМЫ РАУНДА МСИ 251-УЭС-01/2017 ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ УДЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД

### **Общая информация:**

Участнику раунда МСИ предоставляются следующие материалы:

- инструкция для участника раунда, один или несколько экземпляров образца для контроля (в зависимости от условий договора с провайдером);
- свидетельство об участии в соответствующем раунде схемы проведения МСИ, заключение о качестве результатов измерений, полученных участником;
- заключительный отчет по результатам раунда схемы МСИ (высылается участникам по электронной почте);
- МСИ проводятся на добровольной основе по договору об оказании услуг;
- доставку образцов для МСИ осуществляет Провайдер.

### **Краткое описание схемы МСИ:**

*Предполагаемые участники МСИ* – испытательные лаборатории, выполняющие петрофизические исследования керна и шлама.

*Контролируемые показатели:* удельное электрическое сопротивление горных пород.

Образец для МСИ представляет собой стандартный образец УЭС.

При проведении раунда МСИ используется один и тот же образец для МСИ, который последовательно передается от участника к участнику. К образцу прилагается инструкция по применению. Передачу образца осуществляет провайдер, посредством услуг транспортной компании.

Участник МСИ может выполнить измерения контролируемых показателей с использованием методик измерений по своему выбору.

Качество результатов измерений, полученных участниками проверки, оценивают в соответствии с ГОСТ ISO/IEC17043-2013 и ГОСТ Р ИСО 13528–2010.