

МСИ 241-Г-1/2017

Средство измерения массы (гиря). Определение остаточной намагниченности и условной массы гирь (100 г F₂ и 20 г E₂)

Предполагаемые участники МСИ: испытательные лаборатории, занимающиеся поверкой и калибровкой средств измерений массы

Образец для проведения МСИ: гири 100 г F₂ и 20 г E₂

Определяемые показатели: «остаточная намагниченность», «условная масса гири».

Ожидаемые диапазоны значений показателей указаны в инструкции по применению, прилагаемой к образцу для проведения МСИ.

Доставка участникам образцов для проведения МСИ и сопроводительной документации осуществляется транспортными компаниями СПСР («Гепард-экспресс»), DHL, TNT и др., гарантирующими сохранность содержимого упаковки и минимальные сроки доставки.

Статистическая обработка полученных результатов в соответствии с ГОСТ Р ИСО 13528.

Оценивание характеристик функционирования лабораторий по ГОСТ Р ИСО 13528.