

## **МСИ 265-ПлГ-01/2017**

### **Грунты суглинистые**

- Плотность частиц грунта
- Влажность грунта на границе текучести
- Влажность грунта на границе раскатывания

**Предполагаемые участники МСИ:** испытательные лаборатории, выполняющих анализ грунтов и почв

**Алгоритм предоставления образца:** параллельная рассылка.

**Образец для проведения МСИ:** Образец грунта с естественным уровнем значений контролируемых показателей по ГОСТ 5180-2015 и ГОСТ 12536-2014.

**Определяемые показатели и ожидаемые диапазоны значений:** Влажность грунта на границе текучести методом балансного конуса (20%-50%); влажность грунта на границе раскатывания (10%-30%); плотность частиц грунта пикнометрическим методом ( $2,60 \text{ г/см}^3 - 2,80 \text{ г/см}^3$ )

**Доставка участникам образцов для проведения МСИ и сопроводительной документации** осуществляется почтой России.

**Статистическая обработка полученных результатов** в соответствии с ГОСТ Р ИСО 13528.

**Оценивание характеристик функционирования лабораторий** по ГОСТ Р ИСО 13528, п.7.4.