

ОПИСАНИЕ СХЕМЫ РАУНДА МСИ 251-ГП-02/2018 ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ КОЭФФИЦИЕНТА АБСОЛЮТНОЙ ГАЗОПРОНИЦАЕМОСТИ ГОРНЫХ ПОРОД

Общая информация:

Участнику раунда МСИ предоставляются следующие материалы и документы:

- инструкция для участника раунда, инструкция по применению образца для МСИ, образец для МСИ (является собственностью провайдера и предоставляется только для проведения измерений);

По результатам проведения раунда схемы МСИ участникам предоставляются:

- свидетельство об участии в соответствующем раунде схемы проведения МСИ, заключение о качестве результатов измерений, полученных участником;

- заключительный отчет по результатам раунда схемы МСИ (в электронном виде);

МСИ проводятся на добровольной основе по договору об оказании услуг.

Степень конфиденциальности результатов:

Свидетельство об участии в МСИ и заключение о качестве результатов измерений высылаются почтой непосредственно участникам.

В отчете результаты участников раунда МСИ приводятся под кодовыми номерами без указания наименования лаборатории.

Информация о факте участия в МСИ аккредитованных лиц представляется в Федеральную службу по аккредитации, в соответствии с требованиями приказа Минэкономразвития №329 от 30.05.2014.

Предполагаемые участники МСИ:

Испытательные лаборатории, выполняющие петрофизические исследования керна и шлама.

Образец для МСИ:

При проведении раунда МСИ используется один и тот же образец, который последовательно передается от участника к участнику. К образцу прилагается инструкция по применению. Образец для МСИ представляет собой цилиндр из формованного корундового спеченного огнеупора, не взаимодействующего с жидкостями (вода, керосин, толуол). Для образца установлено значение коэффициента абсолютной газопроницаемости.

Определяемые показатели:

Измеряемые величины (контролируемые показатели) и ориентировочные интервалы их значений в образце для МСИ (ОК), предоставляемом лабораториям-участникам, приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Ориентировочные интервалы значений контролируемых показателей в ОК ГП

Контролируемый показатель, единица величины	Ориентировочный интервал значений
Коэффициент абсолютной газопроницаемости, мД	0,1 – 5000

Участник МСИ может выполнить измерения коэффициента абсолютной газопроницаемости при стационарной фильтрации с использованием методик измерений по своему выбору.

Рассылка образцов:

Доставку образца для МСИ осуществляет провайдер, посредством услуг транспортной компании.

Оценка результатов:

Качество результатов измерений, полученных участниками проверки, оценивают в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17043-2013 и ГОСТ Р ИСО 13528-2010 по числу Еп.