

ОПИСАНИЕ СХЕМЫ РАУНДА МСИ 251-АР-01/2017 ПО ПОВЕРКЕ АРЕОМЕТРА

Общая информация:

Участнику раунда МСИ предоставляются следующие материалы:

- инструкция для участника раунда, один или несколько экземпляров образца для контроля (в зависимости от условий договора с провайдером);
- свидетельство об участии в соответствующем раунде схемы проведения МСИ, заключение о качестве результатов измерений, полученных участником;
- заключительный отчет по результатам раунда схемы МСИ (высылается участникам по электронной почте);
- МСИ проводятся на добровольной основе по договору об оказании услуг;
- доставку образцов для МСИ осуществляет Провайдер.

Краткое описание схемы МСИ:

Предполагаемые участники МСИ – Государственные региональные Центры стандартизации РФ, оказывающие услуги по поверке средств измерений плотности.

Контролируемые показатели: - правильность проведения и оформления результатов поверки в соответствии с методикой поверки.

Образец для МСИ представляет собой ареометр общего назначения по ГОСТ 18481-81 Ареометры и цилиндры стеклянные. Общие технические условия.

При проведении раунда МСИ используется один и тот же образец, который последовательно передается от участника к участнику. К образцу прилагается инструкция по применению. Передачу образца для МСИ осуществляет провайдер, посредством услуг транспортной компании.

Участник МСИ может выполнить измерение показателя с использованием методик, предназначенных поверки ареометра, в частности, Р 50.2.041-2004.

Качество результатов измерений, полученных участниками проверки, оценивают в соответствии с ГОСТ ISO/IEC17043-2013 и ГОСТ Р ИСО 13528–2010 и методикой поверки на ареометр..