

ОПИСАНИЕ СХЕМЫ РАУНДА МСИ 251-ТСП-01/2017 ПО ПОВЕРКЕ И КАЛИБРОВКЕ ТЕРМОМЕТРА СОПРОТИВЛЕНИЯ

Общая информация:

Участнику раунда МСИ предоставляются следующие материалы:

- инструкция для участника раунда, один или несколько экземпляров образца для контроля (в зависимости от условий договора с провайдером);
- свидетельство об участии в соответствующем раунде схемы проведения МСИ, заключение о качестве результатов измерений, полученных участником;
- заключительный отчет по результатам раунда схемы МСИ (высылается участникам по электронной почте);
- МСИ проводятся на добровольной основе по договору об оказании услуг;
- доставку образцов для МСИ осуществляет Провайдер.

Краткое описание схемы МСИ:

Предполагаемые участники МСИ – Государственные региональные Центры стандартизации РФ, оказывающие услуги по поверке, калибровке термометров сопротивления.

Контролируемые показатели:

- при поверке: правильность проведения и оформления результатов поверки в соответствии с методикой поверки.
- при калибровке: установление действительного значения электрического сопротивления в тройной точке воды.

Образец для МСИ представляет собой термометр сопротивления платиновый ТСПВ. При проведении раунда МСИ используется один и тот же образец для МСИ, который последовательно передается от участника к участнику. К образцу прилагается инструкция по применению. Передачу образца для МСИ осуществляет провайдер, посредством услуг транспортной компании.

Качество результатов измерений, полученных участниками проверки, оценивают в соответствии с ГОСТ ISO/IEC17043-2013 и ГОСТ Р ИСО 13528–2010.