

МСИ 265-В8АК-01/2017

Физические факторы производственной среды

Эквивалентное виброускорение

Среднеквадратическое значение скорректированного виброускорения

Предполагаемые участники МСИ: испытательные лаборатории, занимающихся измерением общей вибрации и оценкой ее воздействия на человека

Алгоритм предоставления образца: последовательная рассылка

Образец для проведения МСИ: автомобильный компрессор

Определяемые показатели и ожидаемые диапазоны значений: эквивалентного виброускорения, воздействующего на работника на его рабочем месте за 8-часовой рабочий день (10-115 дБ) по ГОСТ 31319-2006

Доставка участникам образцов для проведения МСИ и сопроводительной документации осуществляется почтой России.

Статистическая обработка полученных результатов в соответствии с ГОСТ Р ИСО 13528.

Оценивание характеристик функционирования лабораторий по ГОСТ Р ИСО 13528, п.7.4.